

Allegato A**Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze****Ambulanza “Tipo B” (autorizzata al trasporto sanitario di base)****Materiale minimo:**

Predisposizione ed alloggiamento hardware per la gestione del collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso;

Estintore;

*Dotazione di 2 bombole da 2000 litri di ossigeno di cui una in esercizio e l'altra piena di scorta;

*Dotazione di 2 bombole portatili da 2 litri di ossigeno;

Barella auto caricante o non;

Barella a cucchiaio con cinture di sicurezza; **Dispositivi di contenimento pediatrico; *Contenitore rifiuti sanitari;

Predisposizione alloggiamento per contenitore rifiuti sanitari; *Pallone Ambu completo di maschere (adulti e pediatriche); Sedia portafertiti;

Telo portafertiti con maniglie;

Predisposizione apparato radio veicolare UHF e

VHF; Due attacchi coassiali 12 V.;

DAE;

*le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL di riferimento alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

**i dispositivi di contenimento pediatrico sono previsti nel numero di uno per associazione.

Materiale di Consumo:

Cannule orofaringee di varie misure; Telo termoisolante;
Maschera per ossigeno;
Guanti non sterili monouso;
Mascherine chirurgiche o simili;
Camice o tuta idrorepellente in TNT; Protezione oculare;
Kit di medicazione;
Bende;
Cerotti e nastri;
Garze sterili e non di varie dimensioni; Disinfettanti;
Ghiaccio istantaneo;
Padella e pappagallo monouso;
Coperte e lenzuola monouso compreso i ricambi;

Il materiale di consumo dovrà essere fornito dall'azienda USL alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario nel proprio territorio.

Ambulanza "Tipo A e A1" (autorizzata al trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato)**Materiale minimo:**

Fumogeni e torce a vento;
Forbici tipo Robin;
Faro estraibile;
Estintore;
Kit utensili, composto da cesoia, piede di porco, seghetto a ferro, martello, guanti da

lavoro, fettuccia bianca e rossa, (secondo norma EN 420);

*Dotazione di 2 bombole da 2000 litri di ossigeno di cui una in esercizio e l'altra piena di scorta;

Rilevatore temperatura corporea;

*Dotazione di 2 bombole portatili in lega leggera da 5 litri con un porta bombole;

Attacchi per ossigeno in ambulanza: nr. 2 di tipo UNI e nr. 2 di tipo AFNOR;

Barella auto caricante montata su un piano traslabile con portata di almeno 170

kg; *Dispositivo di contenimento pediatrico fino ad almeno 20 kg;

*Contenitori aghi usati;

*Contenitore rifiuti sanitari;

Predisposizione alloggiamento per contenitore rifiuti sanitari;

Telo portaferiti con maniglie con portata massima di almeno 170 kg;

*Collari cervicali nelle varie misure sia per adulti che per pazienti pediatrici; Stecco bende, o sistema di bloccaggio di arti inferiori e superiori;

*Barella atraumatica certificata per l'immobilizzazione totale del paziente traumatizzato; Sedia portaferiti;

Estricatore;

Laccio da Emostasi;

Frigorifero con capacità di almeno 7 lt per conservazione farmaci;

*Dispositivo di controllo della registrazione continua delle temperature; Sistema di riscaldamento liquidi infusionali;

3 attacchi coassiali 12V, inverter ed almeno un attacco a rete elettrica di tipo

Schuko; *Pallone AMBU: neonatale, adulto e pediatrico;

*Aspiratore endocavitario;

Kit caschi protettivi EN397 o categorie superiori; Rilevatore SpO2;

Sfigmomanometro e fonendoscopio;

*DAE, completo di Kit ricambio piastre adulto e pediatrico, sostituzioni batterie;

Predisposizione ed alloggiamenti necessari per i dispositivi declinati nelle "dotazioni specifiche in base all'impiego del mezzo soccorso";

*le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL di riferimento

alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di “Primo Soccorso” e di “Soccorso Avanzato” nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

Materiale di consumo:

Cannule orofaringee di varie

misure; Telo termoisolante;

Maschera per ossigeno;

Guanti non sterili monouso;

Mascherine chirurgiche o

simili; Protezione oculare;

Camice o tuta idrorepellente in

TNT; Kit di medicazione;

Bende;

Cerotti e nastri;

Garze sterili e non di varie

dimensioni; Disinfettanti;

Ghiaccio istantaneo;

Padella e pappagallo monouso;

Coperte e lenzuola monouso compreso i ricambi;

Sistema di ventilazione “va e vieni” per paziente adulto e pediatrico.

Il materiale di consumo dovrà essere fornito dall'Azienda USL, ivi compreso l'ossigeno, alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di “Primo Soccorso” e di “Soccorso Avanzato” nel proprio territorio di

riferimento. Il reintegro di tale materiale avverrà esclusivamente in base all'effettivo e dimostrato consumo oppure alla scadenza del prodotto.

Dotazioni specifiche in base all'impiego del mezzo di soccorso

Le seguenti dotazioni dovranno essere a bordo dei mezzi messi a disposizione per l'emergenza territoriale in regime di disponibilità operativa delle Centrali Operative di Soccorso Sanitario (stand-by).

Ambulanza adibita al trasporto sanitario di primo soccorso:

*Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso;

*Attrezzatura idonea alla rilevazione ed alla trasmissione dei parametri vitali e del tracciato elettrocardiografico;

Ambulanza adibita al trasporto sanitario di soccorso avanzato

*Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso, integrazione con sistema di check-list;

*Monitor ECG con sistema di monitoraggio frequenza cardiaca, SPO2, NIBP, ETCO2, Pacing transcutaneo e trasmissione ECG con sistema certificato;

*Presidi per la gestione avanzata delle vie aeree;

*Video laringoscopio;

*Le dotazioni contrassegnate con l'asterisco saranno fornite dalle aziende USL Di riferimento alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della LR 40/2005 che svolgono attività di trasporto sanitario di "Primo Soccorso" e di "Soccorso Avanzato" nel proprio territorio. Nel caso si tratti di dotazioni che necessitano di verifiche periodiche anch'esse saranno a carico delle aziende USL di riferimento territoriale.

La pulizia, sanificazione e ripristino dei mezzi di soccorso

I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso devono provvedere, dopo ogni servizio, alla pulizia ordinaria del mezzo ed al reintegro dei materiali utilizzati, devono inoltre svolgere idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giorno di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali.

Le procedure di sanificazione dei mezzi di soccorso sono periodicamente definite in linee guida elaborate nell'ambito del Coordinamento regionale delle centrali operative di soccorso sanitario.

I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso devono provvedere alla compilazione ed aggiornamento di appositi registri che attestino lo svolgimento della regolare attività di disinfezione dei mezzi di soccorso.