

Allegato C**Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende
unità sanitarie locali**

- Sistema di Hardware e Software di collegamento informatico tra centrale operativa e mezzi di soccorso che permetta l'invio della missione, la navigazione verso il target, la trasmissione degli stati di missione, la geo localizzazione del mezzo, la redazione della relazione intervento ed il collegamento operativo con i Pronto Soccorso, integrazione con sistema di check-list;
- Fumogeni e torce a vento;
- Forbici tipo Robin;
- Barella atraumatica certificata per l'immobilizzazione totale del paziente traumatizzato;
- Estintore;
- Kit utensili, composto da cesoia, piede di porco, seghetto a ferro, martello, guanti da lavoro, fettuccia bianca e rossa, (secondo norma EN 420);
- Rilevatore temperatura corporea;
- Dotazione di 2 bombole portatili in lega leggera da 5 litri con un porta bombole;
- Contenitori aghi usati;
- Contenitore rifiuti sanitari;
- Collari cervicali nelle varie misure sia per adulti che per pazienti pediatrici;
- Stecco bende, o sistema di bloccaggio di arti inferiore e superiori;
- Estricatore;
- Laccio da Emostasi;

-
- Frigorifero con capacità di almeno 7 lt per conservazione farmaci con dispositivo di controllo della registrazione continua delle temperature;
 - 3 attacchi coassiali 12V, inverter ed almeno un attacco a rete elettrica di tipo Schuko;
 - Sistema di riscaldamento liquidi infusionali;
 - Pallone AMBU: neonatale, adulto e pediatrico;
 - Presidi per la gestione avanzata delle vie aeree;
 - Video laringoscopio;
 - Aspiratore endocavitario portatile;
 - Sistema di compressione toraciche esterne;
 - Monitor ECG con sistema di monitoraggio frequenza cardiaca, SPO2, NIBP, ETCO2, Pacing transcutaneo e trasmissione ECG con sistema certificato.